



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI  
ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA  
AL. JANA PAWŁA II 9A  
NIP 799-17-26-344, REGON 670205134

[sekretariat@spzzozprzysucha.pl](mailto:sekretariat@spzzozprzysucha.pl)  
[www.spzzozprzysucha.pl](http://www.spzzozprzysucha.pl)

L.Dz. SPZZOZ/123/2018

Przysucha, dnia 30.05.2018 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
02/ZP/2018**

### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

**Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów wraz z obsługą badań mikrobiologicznych i specjalistycznych dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze – 02/ZP/2018**

1. Czy Zamawiający wymaga aby tabelę cenową uzupełnić o materiały pozostałe niezbędne do wykonania badania czyli: końcówki do pipet, krwinki wzorcowe do przeciwciał, odczynnik LISS w ilościach uwzględniających ilości badań wyspecyfikowanych w siwz (załącznik nr 4 dla zadania nr 7) ?

**Odp. Tak.**

2. Zapytanie do:  
- Witryna chłodnicza np. typ GOCH 435E lub równoważna  
- Systemu monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych, min. 4 stanowiska z oprogramowaniem.

W zadaniu nr 7 wyspecyfikowano karty które są przechowywane w temperaturze pokojowej, zatem nie należy ich przechowywać w witrynie chłodniczej, dlatego wnosimy o odstąpienie od dzierżawy witryny chłodniczej z oprogramowaniem.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

3. Do badania PTA (poz. 2) stosuje się kartę i krwinki wzorcowe, których brak w siwz dlatego prosimy o wskazanie jakich krwinek użyje (jakiego producenta) aby wykonać badanie oraz jakie posiadają stężenie. Wskazujemy, że do badań mikrokolumnowych należy stosować krwinki o stężeniu 0,8% (+/-1)

**Odp. W SIWZ zapisano: "Gotowe do użycia krwinki wzorcowe do badań przesiewowych przeciwciał"**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę krwinek jako produktu z terminem ważności 6 tyg. zgodnie z harmonogramem dostaw ?

**Odp. Tak.**

5. Czy można zaproponować wirówkę na 12 miejsc?

**Odp. Tak.**

6. Czy karty mają być żelowe, 6-kolumnkowe na których wykonuje się 2 badania PTA?

**Odp. Tak.**

7. Do wymagania: Zapewnienie udziału w zewnętrznym (polskim lub międzynarodowym) programie kontroli jakości na koszt Wykonawcy minimum 4 raz w roku

**Odp. Tak.**

8. Czy należy uwzględnić kontrolę zewnętrzną w tabeli cenowej w ilości 8 szt ( na okres 2 letni) ?

Zgodnie z zasadą transparentności postępowania przetargowego w celu uzyskania porównywalnych ofert nie należy stosować praktyk ukrytych kosztów a w tym przypadku usług które dla wykonawcy są niewątpliwie kosztem.

System księgowy obowiązujący w Polsce nakazuje również transparentność rozliczeń, zatem jeśli nasza firma zapłaci za kontrolę zewnętrzną (usługa) za Szpital to w konsekwencji musi rozliczyć się z darowizny jeśli nie może obciążyć Zamawiającego za te usługi. Nie chcemy narazić się na zarzut ze strony Urzędu Skarbowego w wyniku kontroli następczej nierzetelnego wydatkowania środków finansowych w celach obejścia ustawy o podatkach. System rozliczeń musi być transparentny podobnie jak raporty składane do US w systemie okresowym.

Zgodnie z powyższym mamy nadzieję ,że Zamawiający określi wymóg ujęcia usługi kontroli zewnętrznej w tabeli cenowej ,która prawdopodobnie była uwzględniona w szacunku wartości postępowania przez Zamawiającego.

**Odp. Tak.**

9. Zamawiający wymaga aby całkowity czas badania wynosiła 20 minut cytat:  
*Maksymalny łączny czas inkubacji i wirowania w wirówce serologicznej wynoszący do 20 min.*

Wymaganie max. 20 minut inkubacji i wirowania jest parametrem wskazującym na producenta USA Johnson&Johnson zatem niezgodnie z art. 7 ,art. 29 Pzp.

Czy Zamawiający zmieni siwz poprzez wskazanie ,że wymaga się czasu 20-25 min lub maximum 25 min aby nie ograniczać się tylko do 1 oferty którą złoży Diasorin jako jedyny przedstawiciel producenta Johnson&Johnson w Polsce.

**Odp. Dopuszcza się czas max. 25 min.**

Dyrektor SPZZOZ w Przysusze  
lek.med. Grzegorz Dziekan

DYREKTOR  
  
lek.med. Grzegorz Dziekan