



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
26-400 PRZYSUCHA
AL. JANA PAWŁA II 9A

NIP 799-17-26-344, REGON 670205134

sekretariat@spzzozprzysucha.pl
www.spzzozprzysucha.pl

L.Dz. SPZZOZ/...../2018

Przysucha, dnia 26.07.2018 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
05/ZP/2018

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu „B” dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze – 05/ZP/2018

1. Czy Zamawiający może skorygować brzmienie punktu 10 i 11 w parametrach wymaganych defibrylatora. Wymagania przedstawione w punkcie 10 i 11 powinny (prawdopodobnie) dotyczyć pomiaru Saturacji krwi (tak wynika z konstrukcji specyfikacji). Tymczasem dotyczą one parametru, którego Zamawiający nie wymaga czyli pomiaru temperatury ciała pacjenta (temperatura wewnętrzna i temperatura zewnętrzna).

Odp. Poprawka naniesiona w Modyfikacji zał. nr 4 do formularza oferty – parametry techniczno-użytkowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

Dyrektor SPZZOZ w Przysusze
lek. med. Grzegorz Dziekan

DYREKTOR

lek. med. Grzegorz Dziekan

Kancelaria SPZZOZ w Przysusze
tel. (048) 383 35 05
poniedziałek - piątek w godz. 7²⁵ - 15⁰⁰
centrala tel. (048) 383 35 00 do 03
tel/fax (048) 383 35 04