



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZYSUSZE**

Al. Jana Pawła II 9A, 26-400 Przysucha, www.spzzozprzysucha.pl, tel. (0-48) 383-35-05, 780118028

Znak sprawy: 07/PZP/2023

Przysucha, 14.11.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Dostawa wyposażenia uzupełniającego w zakresie łóżek z materacem oraz szafek przyłóżkowych do ZOL” – 07/PZP/2023”

W związku z otrzymanymi pytaniami do ww. zapytania ofertowego, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze, przekazuje poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi.

ZADANIE NR 1:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością zawieszenia leża na jednej wysokości z regulacją od 40 do 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści leże drewniane?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści czas realizacji do końca grudnia 2023 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

ZADANIE NR 2:

Pytanie 1: Czy Zamawiający szafkę o wymiarach 59,7 x 88 x 48,7 cm (szer. x wys. x gł.) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści czas realizacji do końca grudnia 2023 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przysucha, 14.11.2023r.

Dyrektor SPZZOZ w Przysusze

Lek. Julian Wróbel