



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PRZYSUSZE**

Al. Jana Pawła II 9A, 26-400 Przysucha, www.spzzozprzysucha.pl, tel. (0-48) 383-35-05, 780118028

Znak sprawy: 07/PZP/2023

Przysucha, 14.11.2023 r.

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

**Dotyczy:** zapytania ofertowego pn.: „Dostawa wyposażenia uzupełniającego w zakresie łóżek z materacem oraz szafek przyłóżkowych do ZOL” – 07/PZP/2023”

W związku z otrzymanymi pytaniami do ww. zapytania ofertowego, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze, przekazuje poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi.

**ZADANIE NR 1:**

**Pytanie 1:** Czy zamawiający dopuści

- łóżka które zamiast dwóch wysokości zawieszania leża posiadają jedną wysokość zawieszania leża ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2:** Czy zamawiający dopuści

- leże drewniane zamiast metalowego leża?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Przysucha, 14.11.2023r.

Dyrektor SPZZOZ w Przysusze

Lek. Julian Wróbel