



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PRZYSUSZE**

Al. Jana Pawła II 9A, 26-400 Przysucha, www.spzzozprzysucha.pl, tel. (0-48) 383-35-05, 780118028

Znak sprawy: 03/ZP/2022

Przysucha, 25.10.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp) na realizację zadania pn. : „**Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze**”

**Pytanie 1: Zadanie 1, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'50szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2: Zadanie 1, pozycja 22-23**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z poliuretanu, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie 3: Zadanie 1, pozycja 22-23**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie 4: Zadanie 1, pozycja 25**

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniu a'250szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie 5: Zadanie 1, pozycja 26**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą o pojemności 10ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza (zgodnie z SWZ dopuszczony jest przyrząd z komorą o pojemności 10-12ml)

**Pytanie 6: Zadanie 1, pozycja 26**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

**Pytanie 7: Zadanie 1, pozycja 26**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakażenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

**Pytanie 8: Zadanie 6, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley CH 24 o pojemności balonu 5-10ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ, w Zadaniu 6 pozycja 5, Zamawiający dopuścił cewnik Foley CH 24 o pojemności balonu 5-15ml lub **5-10ml**.

**Pytanie 9: Zadanie 12, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 97mm i średnicy 109mm zgodnie z poniższym zdjęciem



**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie 10: Zadanie 12, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści Worek wykonany z wytrzymałej, przezroczystej folii w kolorze niebieskim, umożliwiającej obserwację wydzieliny. Pojemność całkowita worka: 2000 ml. Dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu. Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem. Obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią. Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczepl”?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11: Zadanie 12, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści kaczkę j. u. o wymiarach 245x105x125mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

*Przysucha, 25.10.2022r.*

*Dyrektor SPZZOZ w Przysusze*

*Lek. Julian Wróbel*