

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przysusze.” – 09/PZP/2023”

W związku z otrzymanymi pytaniami do ww. zapytania ofertowego, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze, przekazuje poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi.

Pytanie 1: Zadanie 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2: Zadanie 1, pozycja 14-15

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rurki intubacyjne były do przedłużonych intubacji?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3: Zadanie 1 pozycja 14-15

Czy Zamawiający dopuści standardowe rurki intubacyjne?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4: Zadanie 1 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz CH16?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5: Zadanie 1, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 97mm i średnicy 109mm zgodnie z poniższym zdjęciem



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6: Zadanie 1, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści Worek z zintegrowanym, uniwersalnym wieszakiem pasującym do okrągłych i kwadratowych ram łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7: Zadanie 1, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści Worek wykonany z wytrzymałej, przezroczystej folii w kolorze niebieskim, umożliwiającej obserwację wydzieliny. Pojemność całkowita worka: 2000 ml. Dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu. Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem. Obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią. Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczepl”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8: Zadanie 1, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści wkłady 1000ml Wykonany z polipropylenu bez zawartości ftalanów, plastyfikatorów i lateksu, max próżnia 68,58 Hg. Wyposażony w 4 porty o różnej średnicy: pacjenta, próżni, tandemu i na środek żelujący UWAGA: (z wyjątkiem wkładu 1L który ma 3 porty, bez portu tandem, tzn. bez możliwości seryjnego połączenia, poj. 1L można podłączyć na końcu, jako ostatni.) Pokrywa wkłosa, do zbierania nadmiaru płynu, wyposażona w kapturki zamykające porty oraz 3 uchwyty do zaczepiania drenów, wykonana z polietylenu dużej gęstości. Zastawka jednokierunkowa portu pacjenta oraz nie mechaniczny filtr hydrofobowy podwójnej długości (4,5cm i średnicy 1,8cm) z funkcją przeciw przelewową?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9: Zadanie 1, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści kaczkę j. u. o wymiarach 245x105x125mm poj. 875ml?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 10: Zadanie 1, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o parametrach:

- Wykonany z wysokiej jakości folii polipropylenowej
- • Pojemność worka 1500 ml
- • Skalowanie co 100 ml (linearnie i cyfrowe) umożliwia pomiar oddanego moczu
- • Wyposażony w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu
- • Obrotowy lejek z wygodnym uchwytem, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- • Nie zawiera lateksu
- • Nie zawiera ftalanów
- • Jednorazowego użytku
- • Niesterylny

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11: Zadanie 1, pozycja 54

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przysucha, 21.11.2023r.

Dyrektor SPZZOZ w Przysusze

Lek. Julian Wróbel