



## **SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYSUSZE**

Al. Jana Pawła II 9A, 26-400 Przysucha, www.spzzozprzysucha.pl, tel. (0-48) 383-35-05, 780118028

Znak sprawy: 02/ZP/2022

Przysucha, 11.10.2022 r.

*Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu*

### **WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp) na realizację zadania pn. : „**Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego, preparatów do dezynfekcji i materiałów jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze**”

**Pytanie 1:** Pakiet 8, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści rurki Guedel w rozmiarze 00 do 6 ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie 2:** Pakiet 8, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z PE, posiadający barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, pojedynczo pakowana, bez lateksu, jałowe, jednorazowego użytku, pakowane folia/papier, bez możliwości zamocowania taśmą dodatkowych uchwytów ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie 3:** Pakiet 8, pozycja 2-3 Czy zamawiający oczekują rurek z dodatkowym drenem do odsysania?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 4:** Pakiet 8, pozycja 2- Jeśli zamawiający oczekują rurek z dodatkowy drenem do odsysania czy dopuści w rozmiarze 4,0-7.5 ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie 5:** Pakiet 8, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści rurki w rozmiarze 2.5 – 7.5 ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie 6:** Pakiet 8, pozycja 4- Czy zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych wykonane z aluminium pokrytego gładkim PCV?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7:** Pakiet 8, pozycja 4- Czy zamawiający dopuści prowadnicę o następujących rozmiarach 6FR ( dla rurek 2.5-4.5), 10 Fr ( dla rurek 4.0-6.0) oraz 14Fr( dla rurek 5,5-10.0)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie 8:** Pakiet 8, pozycja 6- Czy zamawiający dopuści przedłużacz w rozmiarze CH21?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie 9:** Pakiet 8, pozycja 8- Czy zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji składający się z nebulizatora o poj. 6ml, maską, drenem maską dla dorosłych i osobno dołączoną maską dla dzieci?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10:** Pakiet 8, pozycja 9- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr o następujących parametrach :

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przewodność: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 11:** Pakiet 8, pozycja 9- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr o następujących parametrach :

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przewodność: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie 12:** Pakiet 8, pozycja 10-14- Czy zamawiający wymaga łyżek z wytrzymałego ABS kompatybilne z wszystkimi uchwytami laryngoskopowymi wg zielonego oznaczenia zgodną z normą ISO 7376/3?, sterylne?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Przysucha, 11.10.2022r.

Dyrektor SPZZOZ w Przysusze

Lek. Julian Wróbel