

L.Dz. SPZZOZ/826/2021

Przysucha, dnia 11.11.2021r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

09/PZP/2021

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze, przekazuje poniżej treść zapytań i odpowiedzi do „Opisu przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 1 Formularza oferty na dostawę fabrycznie nowego aparatu medycznego USG (ultrasonograf) z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc w ramach projektu ”Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

Pytanie 1:

Załącznik nr 1 do formularza oferty, pkt. 57, 58, 59

Zwracamy uprzejmie prośbę Zamawiającemu iż podane w punktach 57, 58 i 59 parametry nie odnoszą się do głowicy liniowej z punktu 52 a odnoszą się prawdopodobnie do innej głowicy. W związku z tym wnioskujemy o wykreślenie punktów 57, 58 i 59 ze specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla punkty 57, 58 i 59 z Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty.

Przysucha, dnia 11.11. 2021r.

Dyrektor SPZZOZ w Przysusze

Lek. Julian Wróbel